MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-184	PS/CMAG/78773

PRODUCTO

- ELECTRODO DE CORTE BIPO 22 CH 12/30°, Nº de artículo 4622.1333
- ELECTRODO DE CORTE BIPO 24 CH 12/30°, Nº de artículo 4622.1313

FINALIDAD PREVISTA

Cortar tejido endoscópicamente (ablación)

Nº LOTE

Ver en nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Richard Wolf GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Palex Medical, S.A.U. C/Jesús Serra Santamans, 5. 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de los electrodos de corte bipolar 22 CH 12/30° y de 24 CH 12/30° fabricados por Richard Wolf GmbH, debido a que podrían contener un electrodo diferente al indicado en el etiquetado

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 12/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8 R P C P 7 3 A 2 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89