MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-191	PS/PL/78957

PRODUCTO
Endoscopios flexibles monocanal con conector Luer
Ver productos afectados en nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Destinados a diferentes indicaciones para uso diagnóstico.

FABRICANTE
KARL STORZ SE & Co. KG, Alemania

DISTRIBUIDOR
KARL STORZ Endoscopia Ibérica, Parque empresarial San Fernando
Edificio Munich. Planta baja, 28830 – Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de determinados endoscopios flexibles KARL STORZ debido a que debe de dejar de usarse CIDEX OPA para la desinfección manual de alto nivel.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E E W R 7 N 7 1 4 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89