MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-188	PS/JMP/78747

PRODUCTOS

Sistemas de resonancia magnética (RM) de GE Healthcare

FABRICANTES

- GE Healthcare (Tianjin) Company Limited, China
- GE Medical Systems, LLC, EEUU
- GE Healthcare (China) Co., Ltd., China

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, SAU. c/Gobelas, 35-37, 28023, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas de resonancia magnética de GE Healthcare, debido a la posibilidad de que se caiga el imán del sistema de RM durante su desinstalación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Listado de equipos afectados

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W V W K D 5 L 9 F B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89