DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-195	PS/MJF/78485

PRODUCTO

Mueller-Hinton Broth, cation-adjusted (CAMHB):

- Referencia E2-331-100 y UDI 04251204327134
- Referencia E2-331-020 y UDI 04251204327127

FINALIDAD PREVISTA

El caldo Mueller-Hinton ajustado con cationes está destinado a utilizarse en procedimientos de diagnóstico cualitativo y cuantitativo para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de bacterias aeróbicas y anaeróbicas facultativas de crecimiento rápido aisladas a partir de muestras clínicas.

Nº LOTE

Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Bruker Daltonics GmbH & Co. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR

AD DIAGNOST, S.A; C/ Agualatente, 6. 35010 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y retirada del mercado de determinados lotes del medio de cultivo Mueller-Hinton ajustado con cationes, debido a una posible contaminación bacteriana del medio.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N 3 D X L W V 5 1 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89