DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-196	PS/PRV/79032

PRODUCTO

Sistemas de anestesia:

- Getinge Flow-c, Referencia 6887700
- Getinge Flow-e, Referencia 6887900

FINALIDAD PREVISTA

Administración de anestesia al tiempo que se controla la ventilación completa de pacientes sin capacidad de respirar, así como en el apoyo de pacientes con capacidad de respirar limitada.

Nº SERIE

Ver n^{os} de serie afectados en el Anexo 1 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Maquet Critical Care AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR

Getinge Group Spain C/Marie Curie 5, Edif. Alfa,oficinas 6.1-6.2. 28521 Rivas Vaciamadrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de anestesia Getinge Flow-c y Getinge Flow-e, debido a que el interruptor de encendido/apagado de la unidad de aspiración podría agrietarse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V L W J R S B 2 D F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89