MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-202	PS/CMAG/79013

PRODUCTO
Extractor de sangre arterial PICO50.
Referencia956-552. UDI-DI básico: 57006900067N9

FINALIDAD PREVISTA
Recolección, conservación y/o transporte de sangre para la determinación de gases en sangre y/u otra investigación.

FABRICANTE
Radiometer Medical ApS, Dinamarca

DISTRIBUIDOR
Radiometer Ibérica, S.L. Avda. de Valgrande, 8 - 2º Floor 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del extractor de sangre arterial PICO50, referencia 956-552, debido a un problema con el sistema de barrera estéril del producto, por lo que no se puede garantizar su esterilidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 L 6 P W B J 8 7 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89