MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-205	PS/PRV/79033

PRODUCTOS

- Xevo TQ-S, IVD (REF: 186005453IVD)
- Xevo TQD IVD (REF: 186005833IVD)
- Xevo TQ-S Micro IVD (REF: 186007833IVD)
- Xevo TQ-XS, IVD (REF: 186008453IVD)

Utilizados con los accesorios:

- Kit, NeoLynx v4.2, IVD (REF: 667005682IVD)
- Kit, NeoLynx v4.1 IVD (REF: 667002653)
- Kit, IonLynx v4.2 IVD (REF: 667005757IVD)

FINALIDAD PREVISTA

Analizadores de espectrometría de masas, semiautomatizados.

FABRICANTE

Waters Corporation, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

PerkinElmer Inc, C/ Ronda de Poniente, 19, 28760 Tres Cantos, Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados analizadores de espectrometría de masas Xevo, utilizados con las aplicaciones de software NeoLynx e IonLynx, debido a la posibilidad de que la última muestra procesada pueda tener pruebas que no se muestran en el navegador ni en los informes generados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 27/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F G E Q V F 5 2 E 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89