DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-211	PS/MJF/79275
PRODUCTO HemosIL ReadiPlasTin (20mL), referencia 00020301400	
FINALIDAD PREVISTA Reactivo para la determinación cuantitativa del tiempo de protrombina y de fibrinógeno en plasma citratado humano.	
Nº LOTE Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Instrumentation Laboratory Co., EEUU	
DISTRIBUIDOR Werfen España, Plaza de Europa, 21-23, 08908, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y cese de utilización de determinados lotes del reactivo HemosIL ReadiPlasTin (20mL), referencia 00020301400, debido a posibles problemas de rendimiento.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 T K 5 3 R A 3 7 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89