DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-209	PS/PRV/78921

PRODUCTO
Unidad de tratamiento Teneo. Referencias 6202860 y 6364157

FINALIDAD PREVISTA
Sillón de paciente dental utilizado para el posicionamiento del paciente durante su tratamiento.

FABRICANTE
Sirona Dental Systems GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Henry Schein España S.A., Avda. de la Albufera 153, 28038 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinadas unidades de tratamiento Teneo, debido a la posibilidad de que se afloje un componente y el asiento caiga a una posición acostada/reclinada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 W Z A Y P Z 2 6 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89