MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-210	PS/JMP/79030

PRODUCTOS
Microscópio quirúrgico digital AEOS. Referencia: PV010

FINALIDAD PREVISTA
Microscópio quirúrgico digital para uso con pacientes que se sometan a microcirugía.

NÚMERO DE SERIE
Ver en nota de aviso de la empresa

VERSIÓN DE SOFTWARE
2.7 e inferior

FABRICANTE
Aesculap AG, Alemania

DISTRIBUIDOR
B.Braun Surgical. Carretera de Terrassa, 121, 08191, Rubí, Barcelona

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados microscópios quirúrgicos digitales Aeos, con referencia PV010, debido a que podrían producirse problemas relacionados con la aplicación en las versiones de software 2.7 e inferiores.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y 9 G 8 9 8 7 C 4 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89