MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-212	PS/JMP/69530

PRODUCTOS
Kits Arrow® con agujas introductoras
(ver productos afectados en anexo 2 de la nota de aviso de la empresa)

FABRICANTE
Arrow International LLC, EEUU

DISTRIBUIDOR
Teleflex Medical S.A., C/Quito 1, 28806 Alcalá de Henares, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados kits de Arrow con agujas introductoras, debido a que el conector de la aguja introductora se podría romper durante el procedimiento de cateterización después de entrar en contacto con soluciones antisépticas de base alcohólica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C X 2 3 E E W 4 F B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89