MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-214	PS/PL/79038

PRODUCTO
Catéter de aspiración IDENTITY 6F STIFF Sterile
Número de pieza 04030421

FINALIDAD PREVISTA
Uso en sistema circulatorio central y periférico incluidos injertos de vena safena, para contener y aspirar el material embólico mientras se realiza angioplastia coronaria transluminal percutánea, angioplastia transluminal percutánea y/o se coloca un stent.

Nº LOTE
2201126763

FABRICANTE
Arthesys, Francia

DISTRIBUIDOR
SMT Iberia, C/ Leonardo Da Vinci 22, Parque Tecnológico De Paterna, 46980 Paterna, Valencia

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados catéteres de aspiración IDENTITY 6F STIFF Sterile por estar equipados con un cuerpo de color diferente al registrado en la documentación técnica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C P A E 9 V A 9 6 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89