MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-216	PS/PRV/77890

PRODUCTO
Cabezal de cámara HD CH-S200-08-LB, componente N6131760.

FINALIDAD PREVISTA
Diseñado para utilizarse con endoscopios, videoprocesadores y otros equipos auxiliares Olympus, cuya finalidad sea la observación, el diagnóstico y el tratamiento endoscópicos.

Nº SERIE
7100111, 7100120, 7100122, 7100124, 7100126, 7100129

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia, S.A.U., Pl. Europa 29-31, E-08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados números de serie de los cabezales de cámara HD CH-S200-08-LB de Olympus, debido a que contienen un número global de artículo comercial (GTIN) incorrecto almacenado en el código QR.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X P V L Z W 6 4 E E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89