ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-218	PS/MAM/78695
PRODUCTO Espiga ventilada para bolsa (vented bag spike) nº de modelo: YM062	
FINALIDAD PREVISTA Permite el flujo de fluido de un contenedor al sistema vascular del paciente a través de un equipo IV. Compuesto por dos componentes: una espiga ventilada para perforar el septo de los contenedores, y una válvula luer hembra sin agujas.	
Nº LOTE 212013, 212014, 212029	
FABRICANTE Yukon Medical, LLC. EEUU.	
DISTRIBUIDOR Fresenius Kabi España, S. A. U. Torre Mapfre - Vila Olímpica Marina, 16 – 18. 08005. Barcelona.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con el producto Espiga ventilada para bolsa (vented bag spike), nº de modelo: YM062 debido a la posibilidad de que se puedan producir fugas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K X D P 6 Q G F C 4