MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-225	PS/NA/79578
PRODUCTO Filtros respiratorios SafeStar55, referencia MP01790.	
Nº LOTE LT2103.	
FABRICANTE Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Dräger Medical Hispania. C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado del lote LT2103 de los filtros respiratorios SafeStar 55, con referencia MP01790, debido a que podrían estar obstruidos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 04/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q K 7 R 3 J 5 C D C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89