MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-215	PS/AGM/78572

PRODUCTO

Syngo.via RT Image Suite ejecutándose en:

- Servidores con el software syngo.via VB60 tras la actualización
- Escáneres de TC con syngo.CT VA40 tras la actualización

FINALIDAD PREVISTA

Software de análisis de imagen para evaluar conjuntos de datos de imágenes y prepararlos para su uso posterior en la terapia.

VERSION SOFTWARE

Software syngo.via VB60 o syngo.CT VA40 tras la actualización a partir de una versión anterior.

FABRICANTE

Siemens Healthcare GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con el sistema RT Image Suite con el software syngo.via VB60 o syngo.CT VA40 tras la actualización a partir de una versión anterior, debido a un posible cambio sin aviso al usuario de la configuración predeterminada del flujo de trabajo de marcación del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 06/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C A 6 R K 4 6 1 4 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89