MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-229	PS/CMAG/79223

PRODUCTO
Electrodos Laparoscópicos Universal Plus ™.
Ver referencias en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Cuchilla electroquirúrgica con capacidad de succión/irrigación para su uso en procedimientos quirúrgicos endoscópicos.

Nº LOTE
Ver lotes en el anexo I de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
ConMed Corporation, EE.UU.

DISTRIBUIDOR
PRIM, S.A. Polígono Industrial nº 1 C/Yolanda González (antigua C/F) nº 15 28938 Móstoles,Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de Electrodos Laparoscópicos Universal Plus ™, debido a que la punta del electrodo podría desprenderse durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 06/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 G N Z T 2 7 1 F A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89