DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-234	PS/AGM/79581

PRODUCTO
Implante In-Kone® Universal SA², Ø 3.5 mm, L 10 mm, Referencia: DPINK3.5L10

FINALIDAD PREVISTA
Reemplazo de la raíz de un diente ausente por pérdida accidental o patológica, extracción o agenesia cuando las demás posibilidades médicas y quirúrgicas han sido consideradas como menos apropiadas.

Nº LOTE
E220120C

FABRICANTE
Global D, Francia

DISTRIBUIDOR
Global D, Ronda maiols 1 (local 112), 08192 Sant Quirze del Valles, Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado del lote E220120C del Implante In-Kone® Universal SA², Ø 3.5 mm, L 10 mm, debido a que el producto incluido en el embalaje no se corresponde con el indicado en el etiquetado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 12/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 49SAD760DB

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89