MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-238	PS/TS/79037

PRODUCTO
Lavadoras/desinfectadoras Reliance Synergy

FINALIDAD PREVISTA
Limpieza y desinfección de bajo nivel de utensilios reutilizables sucios, bandejas, cristalería, bacinillas y orinales, artículos de goma y plástico, instrumentos quirúrgicos rígidos simples de superficie dura (como fórceps y pinzas) y otros artículos similares.

Nos SERIE
Ver nos de serie afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
STERIS Canada ULC, Canadá

DISTRIBUIDORES
- Ibersurgical SL C/ Valle de la Ballestera, 64 Bajos 46015 Valencia
- Medical Canarias SA C/ Esperanto s/n 38280 Tegueste (Tenerife)

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados nos de serie de las lavadoras/desinfectadoras Reliance Synergy, debido a la posibilidad de sobrecalentamiento de los elementos calefactores de la cámara de secado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E 6 4 Q K E D D 8 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89