MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-239	PS/AGM/79529

PRODUCTO
Sistema de información cardiológica MUSE X R1 de versiones SP2 y superiores con la opción de edición web.
Ver UDI's en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Almacenar, consultar y gestionar información cardiovascular de pacientes adultos y pediátricos

FABRICANTE
GE Medical Systems Information Technologies, Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Matclinic S.L, Polígono industrial L´horta vella C/5 Nº 5, 46117 Betera, Valencia

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el sistema de información cardiológica MUSE X R1 de versiones SP2 y superiores con la opción de edición web, debido a que las ediciones pueden perderse después de confirmar la prueba.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z N Y N R 2 W A 8 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89