MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-241	PS/MAM/79699

PRODUCTO
Tubo endotraqueal de EMG reforzado estándar NIM™
Tubo endotraqueal de EMG reforzado NIM CONTACT™
Ver números de modelo afectados en la Nota de Aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Proporciona al paciente una vía de ventilación abierta así como la monitorización intraoperatoria de la actividad EMG de la musculatura laríngea intrínseca cuando se conecta a un monitor EMG adecuado.

FABRICANTE
Medtronic Xomed, Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Iberica S.A. Calle María de Portugal, 11. 28050. Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los tubos endotraqueales de EMG reforzado estándar NIM™ y NIM CONTACT™ debido a la posibilidad de obstrucción de la vía aérea durante su utilización.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C 8 R 5 D 5 E 1 9 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89