MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-246	PS/PL/80050

PRODUCTO
Packs de reesternotomia de emergencia de Mölnlycke®
Ver referencias y lotes afectados en anexo I de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Mölnlycke Health Care AB, Suecia

DISTRIBUIDOR
Mölnlycke Health Care S.L, C/ Quintanavides, 17, Edif. 3. 28050 Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados packs de reesternotomia de emergencia de Mölnlycke® debido a un posible mal funcionamiento del separador esternal 33x19 cm con 4 palas de Blink Medical que contienen.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V X K R S K 3 C 6 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89