MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-252	PS/MAM/79980 y PS/MAM/79981

PRODUCTO

- Llave de tres vías BD Connecta™
- Sistema de catéter intravenoso integrado y cerrado BD Nexiva Connecta™

(ver referencias del producto en la nota de aviso de la empresa)

Nº LOTE

Ver números de lotes de afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Becton Dickinson Infusion Therapy AB, Suecia.
Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva, s/n. 28750, San Agustín de Guadalix, Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización determinados lotes de las llaves de tres vías BD Connecta™ y del catéter intravenoso BD Nexiva Connecta™, debido a que podrían presentar fugas durante su utilización.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 Z D 7 V B 6 3 2 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89