MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-258	PS/PRV/79991

PRODUCTO
Catéteres venosos centrales (CVC) de 3 lúmenes Arrow
Ver códigos del producto y lotes afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Arrow International Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDORES
Teleflex Medical, C/Quito, Pol. Ind. Camporroso, nave 1-5, 28806 Alcalá de Henares, Madrid.
Direx S.L. C/ Panamá, 1, Local 9, 38009, Santa Cruz de Tenerife.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados catéteres venosos centrales de 3 lúmenes de Arrow, debido a que la información sobre las tasas de flujo por gravedad en su etiqueta podría ser incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 7 B P 2 J 9 9 1 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89