DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-257	PS/TS/77725

PRODUCTO
Sistema Artis.
Ver nombre y nº de modelos afectados en el documento adjunto 1 de la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Sistema integral de angiografía digital

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Avenida Leonardo da Vinci, 15. C.P. 28906 Getafe (Madrid)

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del software y hardware relacionadas con determinados modelos del sistema Artis, debido a la posibilidad de que el tubo de rayos X del sistema no se refrigere lo suficiente, y pueda interrumpirse su funcionamiento, si el nivel de refrigerante es insuficiente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W 3 P D Y 6 D B E 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89