MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-259	PS/TS/80040
PRODUCTO Anti-Lu^{a} (Lu1), nº de catálogo 808216, UDI 07611969951864	
FINALIDAD PREVISTA Reactivo policlonal para la determinación del grupo sanguíneo Anti-Lu^{a} (Lu1)	
N^{os} LOTE 3131020-00 y 3131030-00	
FABRICANTE Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH, Alemania	
DISTRIBUIDOR Bio-Rad Laboratories S.A. Calle Caléndula, 95 28109 El Soto de la Moraleja, Alcobendas (Madrid)	
ASUNTO Cese de utilización del reactivo Anti-Lu^{a} (Lu1), lotes 3131020-00 y 3131030-00, debido a que podría dar lugar a resultados falsos negativos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 Y P B G Z T 8 C F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89