DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-270	PS/PL/80259

PRODUCTO
Endoscopios flexibles OP-14 monocanal con conector Luer. Referencia: 48073867

Nº SERIE
2244607, 2244744, 2246706, 2246787, 2246855, 2246884 y 2258407

FABRICANTE
Optomic España, S.A, España

DISTRIBUIDOR
Optomic España SA, C/ Madroño 4F Pol. In La Mina, 28770 – Colmenar Viejo, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de los endoscopios flexibles OP-14, con referencia 48073867, en las que se indica que no debe usarse CIDEX OPA para la desinfección manual de alto nivel.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 30/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L Z 5 2 G N 5 B F D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89