MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-271	PS/JMP/80328

PRODUCTOS

- Globetrotter (MU20508)
- Globetrotter IC (MU20509)

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de transporte neonatal pensado para el transporte de recién nacidos de hasta 10 Kg de peso entre los centros sanitarios. Proporciona un medio para controlar la temperatura del aire, controlar el oxígeno y añadir humedad relativa.

Nº DE SERIE

La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los números de serie afectados

FABRICANTE

Draeger Medical Systems, Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR

Dräger Medical Hispania, SAU. c/ Xaudaró 5, 28034, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados números de serie de los sistemas de transporte neonatal Globetrotter y Globetrotter IC, debido a un problema en el ventilador del sistema que podría elevar por encima de niveles seguros el aire ambiental enriquecido.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 30/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8 9 W F L 8 G 0 7 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89