ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-266	PS/JMP/80108

PRODUCTOS

- Microvisc 1%
- Microvisc Plus 1,4%
- Microvisc Phaco 2,5%
- BBT visc 1,5%

Ver referencias en nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA

Solución viscoelástica estéril, apirógena, altamente purificada de hialuronato sódico para intervenciones intraoculares

LOTE

Ver en nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Bohus BioTech AB, Suecia

DISTRIBUIDOR

Medicontur AVI SL. C/ Polo Sur, 1, 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes de Microvisc 1%, Microvisc Plus 1,4%, Microvisc Phaco 2,5% y BBT visc 1,5%, debido a que no se puede garantizar su esterilidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 30/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W 8 Q J Q K Z 8 D 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89