DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-265	PS/PRV/80107

PRODUCTO
Kit de Catéter de Drenaje Safe-T-Centesis™ 6 Fr, referencia PIG1260K

Nº LOTE
0001405396

FABRICANTE
Carefusion, EE UU

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson, S.A., Camino de Valdeoliva, s/n, CP 28750 – San Agustín del Guadalix (Madrid)

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 0001405396 del Kit de Catéter de drenaje Safe-T-Centesis™ 6 Fr debido a un problema de acoplamiento entre la aguja del catéter y la válvula.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 30/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N J 4 V 3 6 W D A 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89