MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-255	PS/PL/80329

PRODUCTO
Estaciones de trabajo WM-NP3/WM-DP3
Referencias: K10035360, K10035364, K10035365, K10035983

FINALIDAD PREVISTA
Proporcionan un suministro de corriente eléctrica estable y una plataforma para el uso y manejo de los productos durante diagnósticos endoscópicos y procedimientos terapéuticos.

Nº SERIE
ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Olympus KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
OLYMPUS IBERIA, S.A.U., Pl. Europa, 29-31, 08908 L´Hospitalet de Llobregat

ASUNTO
Advertencias de seguridad y cese de utilización de determinadas estaciones de trabajo WM-NP3/WM-DP3 debido a un posible montaje incorrecto del transformador.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 31/05/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z 3 W N T B 8 5 A F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89