MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-279	PS/PRV/80043

PRODUCTOS

Camas eléctricas:

- Hill-Rom 900, modelo LI900B2
- Ampera, modelo LI901A0
- Centuris Pro, modelo LI900B1

FINALIDAD PREVISTA

Camas de altura variable destinadas a la atención médica en los centros de asistencia hospitalaria y residencias de ancianos.

Nº SERIE

Ver n^{os} de serie afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

HillRom, EEUU

DISTRIBUIDOR

HillRom Iberia S.L., Torre Inibsa, Plaza Europa 9-11, planta 17, 08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinadas camas eléctricas Hillrom 900, Ampera y Centuris Pro debido a la posibilidad de que la barandilla lateral se desenganche dejando de proteger al paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 01/06/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J 3 D 4 A C K E F 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89