MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-294	PS/AGM/80722

PRODUCTO
Sistema de PCR en tiempo real AriaDx, referencia K8930AA.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema integrado de PCR cuantitativa de amplificación, detección y análisis de datos para muestras de ácidos nucleicos.

FABRICANTE
Agilent Technologies Singapore (International) Pte. Ltd., Singapur

DISTRIBUIDOR
Agilent Technologies Spain S.L. WTC , Moll de Barcelona s/n , 08039 Barcelona

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el Sistema AriaDx, referencia K8930AA, debido a una potencial "discordancia" entre los nombres de las muestras y los datos durante su funcionamiento en un entorno de red inestable.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/06/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L Y E P V F 9 9 E 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89