MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-297	PS/PL/80842

PRODUCTO
Catéteres de hemodiálisis crónica Palindrome ™ y Palindrome ™ Precision.
Ver referencias en Nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Acceso vascular a largo plazo para hemodiálisis, aféresis e infusión tanto aguda como crónica.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Covidien IIc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica, Plaça de la Pau s/n Almeda Park, World Trade Center Edificio 7
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados catéteres de hemodiálisis crónica Palindrome debido a una posible falta de estanqueidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/06/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T S T Q T G B 3 8 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89