MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-329	PS/PL/81297

PRODUCTO
Sistema de ventilación Servo-air, referencia: 6882000

FINALIDAD PREVISTA
Proporciona soporte respiratorio, monitorización y tratamiento a pacientes pediátricos y adultos.

FABRICANTE
Maquet Critical Care AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L., C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2, 28521 Rivas Vaciamadrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema de ventilación Servo-air, por un fallo en su software.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 04/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 3 D S D E Z E 2 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89