MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-333	PS/MJF/81385
PRODUCTO Bata quirúrgica Primary Reforzada de Mölnlycke, Talla XLL. Referencia 98000725-01.	
Nº LOTE 21336505	
FABRICANTE Mölnlycke Health Care AB, Suecia	
DISTRIBUIDOR Mölnlycke Health Care, S.L; Avenida de la Vega 15, Edificio 3, 3ª. 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 21336505 de la Bata quirúrgica Primary Reforzada de Mölnlycke, debido a un posible problema de seguridad en el sellado exterior del envase.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B Y Y R Y J Y 3 9 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89