ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-335	PS/PRV/75999

PRODUCTO
Analizador BD Veritor™ Plus. Referencia 256066
Analizadores con fecha de caducidad inferior al 31 de agosto de 2024.

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo portátil que permite realizar pruebas de influenza A+B, Streptococcus grupo A, pruebas de Virus Sincilial Respiratorio (VSR) y detección de antígenos para el SARS-CoV-2.

FABRICANTE
Becton Dickinson and Company, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson S.A., Camino de Valdeoliva s/n, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados analizadores BD Veritor™ Plus debido a un posible sobrecalentamiento.

INFORMACION ADICIONAL
En enero de 2022 la empresa remitió una nota de aviso en la que informaba de una advertencia de seguridad relacionada con el analizador BD Veritor™ Plus debido a un posible sobrecalentamiento cuando se usaba con un adaptador de corriente alterna no autorizado. La AEMPS transmitió esta información el 19 de enero de 2022, alerta 2022-017.

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso en la que informa que este problema de sobrecalentamiento se puede producir también con el adaptador de alimentación de CA/CC suministrado por BD, por lo que proceden a la retirada y sustitución de los analizadores afectados y proporcionan recomendaciones de utilización hasta su reemplazo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa