MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-336	PS/PL/81572

PRODUCTO
Software Centricity PACS, versión 7.0 SP0.0.4.7

FINALIDAD PREVISTA
Diseñado para el almacenamiento, lectura, revisión de diagnósticos, análisis, anotación, distribución, impresión, edición y procesamiento de imágenes digitales y datos adquiridos de dispositivos de diagnóstico por imágenes.

FABRICANTE
GE Healthcare, EEUU.

DISTRIBUIDOR
GE Healthcare España, SAU; C/Gobelas, 35-37, 28023 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados Centricity PACS debido a que podrían no procesarse notificaciones para modificaciones de estudios realizadas en exámenes posverificados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R 9 E W B 8 G 5 3 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89