MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-338	PS/CH/81643

PRODUCTO

Sistemas de administración de anestesia Carestation 750/750c
GTIN: 00840682145596, 00840682146425, 00840682146470, 00840682146463,
que tienen las siguientes opciones:

- Salida de gas común activa, identificada por la etiqueta ACGO en la tapa del puerto auxiliar.

o bien

- O2+Air auxiliar, identificado por la etiqueta Aux O2+Air en la tapa del auxiliar.

VERSION SOFTWARE

Versión de software 02SP04 o anterior

FABRICANTE

Datex-Ohmeda, Inc., EE UU.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, SAU. C/ Gobelas, 35-37, CP 28023, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de administración de anestesia Carestation 750/750c debido a que bajo determinadas condiciones puede activarse el estado de fallo del mezclador.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 08/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N 3 R 2 Y A Q B 0 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89