MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-339	PS/PRV/81472

PRODUCTOS

- Sistema de ventilación Servo-Air, referencia 6882000
- Carrito High Mobile Cart sin cajón, paquete plano, referencia 6881999

Versión del sistema inferior a 4.3.

FABRICANTE

Maquet Critical Care AB, Suecia

DISTRIBUIDOR

Getinge Group Spain S.L, C/ Marie Curie, 5, Ed. Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2. 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con el carrito High Mobile Cart del sistema de ventilación Servo-Air, debido a un riesgo de volcado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z 9 N Y J E D 9 9 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89