MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-342	PS/RJC/81772

PRODUCTO
Ennovate Set Screw Sterile, referencia SY001TS
UDI-DI: 40392390000012962P

FINALIDAD PREVISTA
Estabilización mono y multisegmentaria dorsal de la espina lumbar, torácica y sacral.

Nº LOTE
52758014

FABRICANTE
Aesculap AG, Alemania

DISTRIBUIDOR
B.BRAUN SURGICAL, S.A. Ctra. Terrassa, 121 08191 Rubí-Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 52758014 del Ennovate Set Screw Sterile debido a que el set contiene un tornillo de fijación incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 12/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q F W 6 Q 2 F 5 9 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89