MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-347	PS/CH/79656

PRODUCTO
Cánula intravenosa protegida con aguja BD Venflon™ Pro Safety

Nº LOTE
Ver n^{os} de referencia y lotes afectados en apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Becton Dickinson Infusion Therapy AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva, s/n CP 28750 – San Agustín del Guadalix (Madrid)

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas cánulas intravenosas BD Venflon™ Pro Safety debido a fugas desde el tapón del extremo de la cánula.

INFORMACION ADICIONAL
En abril de 2022, BD emitió una nota de aviso de seguridad informando de la retirada de los lotes 1274661 y 1274662 de la cánula intravenosa BD Venflon™ Pro Safety, referencia 393222, debido a fugas desde el tapón del extremo de la cánula. Estos lotes no se distribuyeron en España, por lo que la AEMPS no emitió alerta al respecto.
La empresa está remitiendo una segunda nota de aviso de seguridad informando que ha identificado otros códigos de producto y lotes afectados que sí se han distribuido en España.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z 9 8 3 D C 7 F E 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89