DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-350	PS/CMAG/81771

PRODUCTO
NUCLISENS ® Magnetic Silica. Referencia 280133

FINALIDAD PREVISTA
Reactivos y consumibles para utilizar con los instrumentos de BIOMÉRIEUX que permiten extraer de forma automatizada (purificación y concentración) ácidos nucleicos totales (ARN/ADN) de muestras homogéneas de fluidos biológicos humanos.

Nº LOTE
Ver lotes afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
bioMerieux SA, Francia

DISTRIBUIDOR
bioMérieux Iberia / bioMérieux España S.A.U. Calle Manuel Tovar 45-47 – 28034 – Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados lotes del reactivo NUCLISENS ® Magnetic Silica, debido a una posible contaminación de ácido nucleico bacteriano.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V 4 6 K P C 4 3 4 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89