MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-351	PS/RJC/81602
PRODUCTO Sistemas de escáner de TC Supria	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de tomografía computarizada de rayos X de cuerpo completo.	
Nº SERIE W2262	
FABRICANTE FUJIFILM Healthcare Corporation, Japón	
DISTRIBUIDOR FUJIFILM Healthcare España S.L., Avda. de Manoteras 22, 2 plata, locales 70 y 87, CP-28050 Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema de escáner de TC Supria debido a que las imágenes podrían no reconstruirse.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N 5 Q 8 K S Z 4 9 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89