MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-354	PS/MAM/81996
PRODUCTO Equipo láser de excímeros MEL 90 Número de catálogo: 000000-2179-684	
FINALIDAD PREVISTA El MEL 90 sirve para la cirugía refractiva de la córnea, con los métodos terapéuticos LASIK (**LA**ser (assisted) in **SI**tu **K**eratomileusis) y PRK (**P**hoto**R**efractive **K**eratectomy).	
Nº SERIE 1253955	
FABRICANTE Carl Zeiss Meditec AG. Alemania.	
DISTRIBUIDOR Carl Zeiss Meditec Iberia S.A.U. Calle Ronda de Poniente, 5. 28760, Tres Cantos. Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización del equipo MEL 90 debido a un posible mal funcionamiento del escáner X/Y.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V C S Y S 7 G 6 C 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89