MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-355	PS/PRV/81520

PRODUCTO
Instrumento de guía de rotación y medición de tamaño ATTUNE™ , referencia 254400525

FINALIDAD PREVISTA
Indicado para utilizarse como parte del juego de instrumental ATTUNE™ INTUITION™ para medir el fémur y alinear la rotación de los cortes óseos para preparar el implante femoral de rodilla.

Nº LOTE
AB4536235, AB4733296, AB4841493, AB4810808, AB4841495, AB4904565, AB4967214, AB5004557, AB5034303

FABRICANTE
Depuy Ireland, Irlanda

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson SA. Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042, Madrid

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes del instrumento guía de rotación y medición de tamaño ATTUNE™ debido a la posible oxidación y corrosión del muelle.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 B 9 J Y 5 Q 7 D 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89