MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-356	PS/RJC/81949

PRODUCTO
VIDAS® FT4 60 TEST, referencia 30459

FINALIDAD PREVISTA
Inmunoensayo enzimático cuantitativo automatizado que se utiliza en los instrumentos de la familia VIDAS® para la determinación de tiroxina libre (FT4) en suero o plasma humano (heparina de litio) mediante la técnica ELFA (Enzyme Lynked Fluorescent Assay).

Nos LOTE
1009142040, 1009140070, 1009168620, 1009384040 y 1009434270

FABRICANTE
bioMérieux SA, Francia

DISTRIBUIDOR
bioMérieux España S.A.U., Calle Manuel Tovar 45-47, 28034, Madrid, España

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes de los kits VIDAS® FT4 60 TEST debido a la posibilidad de obtener resultados subestimados con muestras de pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L 3 D 7 7 5 Y E B 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89