MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-362	PS/NA/81432

PRODUCTO
Monitor de PIC Codman® CereLink®, Modelo: 826820.
UDI: 10381780533788.

FINALIDAD PREVISTA
Monitor del sistema portátil autónomo CereLink®, que monitoriza la presión intracraneal (PIC) de forma continuada.

Nº SERIE
Todos los números de serie entre CLK2111003 y CLK2215542.

FABRICANTE
Integra LifeSciences Production Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Prim S.A. C/ Yolanda González nº 15, Pol. Ind. nº 1, Móstoles, 28938 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados monitores de PIC Codman® CereLink®, modelo 826820, por posibles lecturas fuera de rango.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T N F D J 7 P 1 5 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89