DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-368	PS/PRV/82198

PRODUCTO
SIGNA Premier.
GTIN: 00840682135269 y 00195278010797

FINALIDAD PREVISTA
Escáner de resonancia magnética de cuerpo entero diseñado para la obtención de imágenes de diagnóstico.

FABRICANTE
GE Medical Systems LLC, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, C/ Gobelas 35-37, 28023 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de resonancia magnética SIGNA Premier debido a la posibilidad de un exceso de ruido durante la exploración.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 27/07/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S X J F 6 T E 6 C A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89