MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2022-371 | PS/CMAG/82311 |

**PRODUCTO**

- Centricity Universal Viewer
- Universal Viewer

**FINALIDAD PREVISTA**

Dispositivos que muestran imágenes médicas, datos de diversas fuentes de imágenes y otras fuentes de información sanitaria. Están destinados a la interpretación diagnóstica de imágenes médicas.

**VERSION SOFTWARE**

Ver nota de aviso de la empresa

**FABRICANTE**

GE Healthcare, EE.UU.

**DISTRIBUIDOR**

General Electric Healthcare España. S.A.U. C/ Gobelas 35-37. 28023, Madrid.

**ASUNTO**

Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas Centricity Universal Viewer y Universal Viewer, debido a que podrían mostrarse mediciones inexactas de distancia y área con el uso del visor Global Stack.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 29/07/2022**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: 3 P G Y 7 E 5 4 C 8**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89